



**Amager Hospital
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Afsnit 339

Telefon 3862 3862

Direkte 4013 6709

Mail Lise.Bathum@regionh.dk

Dato: 6. august 2020

Til afdelingsledelsen

Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital

samt

Læger i praksis

Medicinsk optageområde Syd

Vedr: Falsk for lave svar ved meget lave koncentrationer af Parathyrin [PTH];P (NPU03028).

Producenten af PTH-analysemetoden har meddelt, at der ved PTH koncentrationer mellem 0,636 og 1,06 pmol/l er en gennemsnitlig bias på minus 51%. Ved koncentrationer mellem 1,06 og 2,12 er den gennemsnitlige bias på minus 23%.

På klinisk biokemisk afdeling betyder det at PTH-resultater i de lave koncentrationer kan være målt falsk for lavt siden 10. juni 2020.

Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses, hvornår problemet forventes løst, men så snart det sker, vil klinisk biokemisk afdeling udsende meddelelse herom.

De falsk for lave resultater er kun observeret for kombination af nærmere angive reagens- og kalibratorlotnumre.

For yderligere oplysninger om analysen kontakt venligst: Bent Lind, overlæge dr.med. (bent.struer.lind.01@regionh.dk eller telefon: 2964 9102).

Med venlig hilsen

Lise Bathum

Ledende overlæge, Ph.d.

Lisbeth Mortensen

Ledende bioanalytiker