



**Amager Hospital
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Til afdelingsledelsen

Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital

samt

Læger i praksis

Medicinsk optageområde Syd

Afsnit 339

Telefon 3862 3862

Direkte 4013 6709

Mail Lise.Bathum@regionh.dk

Dato: 21. august 2020

Vedr: Falsk for lave svar ved meget lave koncentrationer af Parathyridin [PTH];P (NPU03028).

Den 6. august 2020 orienterede vi om falsk for lave PTH-resultater fra klinisk biokemisk afdeling siden den 10. juni 2020. Fra og med torsdag den 20. august 2020 er problemet løst.

Ovennævnte betyder, at for perioden fra og med 10. juni 2020 til og med 19. august 2020 vil PTH koncentrationer mellem 0,636 og 1,06 pmol/l være bestemt med en gennemsnitlig bias på minus 51%. Ved koncentrationer mellem 1,06 og 2,12 er den gennemsnitlige bias på minus 23%.

For yderligere oplysninger om analysen kontakt venligst: Bent Lind, overlæge dr.med. (bent.struer.lind.01@regionh.dk eller telefon: 2964 9102).

Med venlig hilsen

Lise Bathum

Ledende overlæge, Ph.d.

Lisbeth Mortensen

Ledende bioanalytiker