



**Amager Hospital
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

*Alle afdelingsledelser
Amager og Hvidovre Hospital*

Afsnit 339

Telefon 3862 3862

Direkte 3862 6018

Mail Lisbeth.mortensen@regionh.dk

Dato: 13-08-2019

Vedr. analysering af suPAR

Fra dags dato indstilles analysering af suPAR indtil videre, og stilles således ikke til rådighed pt.

Årsagen til dette er, at der i analysen har været en konstant og uacceptabel stigning i niveauerne ved skift til nye reagenser (lot-numre). Årsagen til dette kendes ikke, men er nu under udredning.

Allerede indsamlede prøver, som ikke er analyseret fryses ned til evt. senere måling.

Med venlig hilsen

Lise Bathum

Ledende overlæge, Ph.d.

Lisbeth Mortensen

Ledende bioanalytiker

Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital.