



**Amager Hospital
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

*Til afdelingsledelserne
Medicinsk afdeling, Amager Hospital,
Gynækologisk/Obstetrisk afdeling og
Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital
samt
Læger i praksis
Medicinsk optageområde Syd*

Afsnit 339
Telefon 3862 3862
Direkte 4013 6709
Mail Lise.Bathum@regionh.dk

Dato: 24. oktober 2019

Vedr: Nye grænser for svarafgivelse i det lave område for Østradiol og LH.

Fra og med den 28. oktober 2019 ændres den nedre grænse for svarafgivelse for:

- Østradiol;P (NPU01972) fra 0,02 nmol/L til 0,09 nmol/L
De laveste resultater afgives efter ændringen som < 0,09 nmol/L.*
- Lutropin [LH];P (NPU02618) fra 0,3 IU/L til 1,0 IU/L
De laveste resultater afgives efter ændringen som < 1,0 IU/L.*

Baggrund for ændringen er, at det har vist sig, at variationskoefficienten for den intermediære imprecision for resultater under den nye grænse er mere end 30% for Østradiol og mere end 20% for LH.

Kilden til de nye grænser er leverandøren af analysemetoden (Roche).

For yderligere oplysninger om analysen kontakt venligst: Bent Lind, overlæge dr.med. (bent.struer.lind.01@regionh.dk eller telefon: 2964 9102).

Med venlig hilsen

*Lise Bathum
Ledende overlæge, Ph.d.*

*Lisbeth Mortensen
Ledende bioanalytiker*