



**Amager Hospital
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Til

Alle afdelingsledelser Amager og Hvidovre Hospital

Afsnit 339

Telefon 3862 3862

Direkte 3862 6018

Mail Lisbeth.mortensen@regionh.dk

Dato: 22-11-2019

*Vedr: Måling af glucose på FreeStyle Precision Pro
– Håndholdt måleudstyr til blodsukkermåling*

Klinisk Biokemisk Afdeling har erfaret, at det nye LOT af teststrimler måler cirka 20-25% højere end det gamle LOT af teststrimler.

Vi gør derfor opmærksom på, at man ved brug af teststrimler fra

LOT 890MPA

kan se højere resultater, end ved brug af teststrimler fra

LOT 88MUPC

LOT kan ses på bunden af æsken, samt på de individuelle teststrimlernes emballage.

Denne problematik er ikke begrænset til Amager og Hvidovre Hospital.

Ved behov for eksakt bestemmelse af blodsukker, kan der tages en venepunktur (i lyserødt glas) til analyse på laboratoriet.

Med venlig hilsen

Lise Bathum

Ledende overlæge, Ph.d.

Lisbeth Mortensen

Ledende bioanalytiker

Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital.