



**Amager Hospital
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

*Til afdelingsledelserne på
Gastroenheden og Børneafdelingen
Amager og Hvidovre Hospital*

Afsnit 339

Telefon 3862 1100

Direkte 4013 6709

Mail Lise.Bathum@regionh.dk

Børneafdelingen, Rigshospitalet

Dato: 27.januar, 2022

Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

*Mave-tarm og Leversygdomme og Klinik for Hudsygdomme, Herlev Gentofte
Hospital*

*Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet, Glos-
trup*

Kirurgisk afdeling, Hillerød Hospital

*Vedr: Fejlagtigt for lave svar på analyserne Erccs(B)-Thioguanin og B-
Thioguanin/Hb*

Vi skal med beklagelse meddele, at vi i perioden 14. april, 2021 til 20.januar, 2022 har afgivet fejlagtigt for lave svar på analyserne til monitorering af Azathioprin metabolitter. Dette skyldes en fejl i overførsel af data til Labka og derfra til Sundhedsplatformen.

Fejlen betyder at svarene for analysen Erccs(B)-Thioguanin(NPU59306) gennemsnitligt er afgivet $76 \text{ pmol}/8 \cdot 10^8$ erythrocytter for lavt og analysen B-Thioguanin/Hb (NPU54790) gennemsnitligt er afgivet 49 nmol/mmol Hbg for lavt.

Vi retter alle svar og skal meget undskylde det passerede. Sagen bliver indberettet som utilsigtet hændelse.

Med venlig hilsen

Lise Bathum

Ledende overlæge

Lisbeth Mortensen

Ledende bioanalytiker

Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital.